



Rzeszów, 16 września 2021 roku

UNP: 1801-21-112112

Sprawa: Postępowanie pn.: Dostawa
sprzętu specjalistycznego na
potrzeby laboratorium
w Podkarpackim Urzędzie Celno-
Skarbowym w Przemyśle

Znak
sprawy: 1801-ILZ.260.90.2021

Numer
Ogłoszenia 2021/S 173-451052
w Dz.Urz.Ue:

Wyjaśnienia (3) Modyfikacja (2) treści SWZ z dnia 2.09.2021 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie udziela wyjaśnień^[1] na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego^[2].

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę wyposażoną w funkcję automatycznego odblokowania drzwi po zakończeniu cyklu mycia, bez ich uchylania? Gorące powietrze pozostałe po zakończeniu suszenia może niekorzystnie wpływać na meble znajdujące się bezpośrednim sąsiedztwie zmywarki.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji wymagań minimalnych dla zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, punkt 5 Załącznika nr 1/II do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia), a informacja w tym zakresie została umieszczona w poniższej Modyfikacji (2) treści SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę, w której zasobnik na sól regeneracyjną znajduje się na dnie komory zmywarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma umiejscowienie tego zasobnika.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji wymagań minimalnych dla zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, punkt 9 Załącznika nr 1/II do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia), a informacja w tym zakresie została umieszczona w poniższej Modyfikacji (2) treści SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści moduł iniekcyjny dolny z 10 dyszami na średniej wielkości szkło o wąskich szyjach, zajmujący połowę dolnego poziomu zmywarki?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1/II do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę wyposażoną we wkłady/kosze, nie moduły, pozwalające na indywidualne konfigurowanie koszy myjących wg potrzeb użytkownika, mycie natryskowe lub iniekcyjne?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji wymagań minimalnych dla zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, punkt 10 oraz L.p. 2 tabeli, punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 1/II do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia), a informacja w tym zakresie została umieszczona w poniższej Modyfikacji (2) treści SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy - do 0,2 % ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów napraw lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad - do 0,1 % ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ bez zmian.

Modyfikacja (2) treści SWZ

Zamawiający **modyfikuje zapis dotyczący wymagań minimalnych dla zmywarki laboratoryjnej** (L.p. 1 i 2 tabeli Załącznika nr 1/II do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia) w następujący sposób:

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 5) przed modyfikacją:

- możliwość automatycznego uchylecia drzwi po zakończeniu mycia

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 5) po modyfikacji:

- funkcja automatycznego odblokowania drzwi po zakończeniu cyklu mycia, bez ich uchylania lub z uchyleciem;

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 9) przed modyfikacją:

- dozownik w drzwiach na sól regeneracyjną

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 9) po modyfikacji:

- dozownik na sól regeneracyjną

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 10) przed modyfikacją:

- modułowa budowa urządzenia pozwalająca na indywidualne konfigurowanie koszy myjących wg potrzeb użytkownika, mycie natryskowe i iniecyjne ;

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 1 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne », punkt 10) po modyfikacji:

- wewnętrzne wyposażenie urządzenia pozwalające na indywidualne konfigurowanie koszy myjących lub modułów wg potrzeb użytkownika, mycie natryskowe i iniecyjne;

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 2 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne ») przed modyfikacją:

- kosz górny i dolny z możliwością podłączenia modułów/wkładów;
- moduł do iniecyjnego mycia fiolek/probówek posiadający min. 90 miejsc na próbki (dysz), występujący samodzielnie lub połączony z dodatkową iniekcją dla średniej wielkości szkła (kosz mieszany) – do zamontowania w górnym koszu;
- moduł/wkład iniecyjny dolny z nie mniej niż 12 dyszami na średniej wielkości szkło o wąskich szyjach, zajmujący połowę dolnego poziomu zmywarki;
- wkład/koszyk dolny na drobne szkło (próbki, zlewki, korki) wraz z pokrywą/siatką umożliwiającą przykrycie wrażliwego załadunku – do umieszczenia na drugiej połowie dolnego poziomu zmywarki;
- zestaw startowy detergentów

Treść wymagań minimalnych zmywarki laboratoryjnej (L.p. 2 tabeli, kolumna «Charakterystyka/Wymagania minimalne ») po modyfikacji:

- ~~kosz górny i dolny z możliwością podłączenia modułów/wkładów;~~
- moduł lub kosz do iniekcyjnego mycia fiolek/probówek posiadający min. 90 miejsc na próbki (dysz), występujący samodzielnie lub połączony z dodatkową iniekcją dla średniej wielkości szkła (kosz mieszany) – do zamontowania na górnym poziomie;
- moduł lub kosz iniekcyjny dolny z nie mniej niż 12 dyszami na średniej wielkości szkło o wąskich szyjach, zajmujący połowę dolnego poziomu zmywarki;
- wkład/koszyk dolny na drobne szkło (próbówki, zlewki, korki) wraz z pokrywą/siatką umożliwiającą przykrycie wrażliwego załadunku – do umieszczenia na drugiej połowie dolnego poziomu zmywarki;
- zestaw startowy detergentów

Konsekwencją modyfikacji SWZ jest zamieszczenie jednolitego tekstu zmodyfikowanego Załącznika nr 1/II do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia) – PO ZMIANIE Z DNIA 16.09.2021 r.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 5.3.4. SWZ (warunki udziału w postępowaniu) w następujący sposób:

Treść pkt 5.3.4. SWZ przed modyfikacją:

5.3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w części IV lit. C JEDZ – składanego na wezwanie Zamawiającego), że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem jest:

5.3.4. dla części IV zamówienia - dostawa wideospektrokomparatora, o wartości nie mniejszej niż – 120 000,00 PLN* brutto,

Treść pkt 5.3.4. SWZ po modyfikacji:

5.3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w części IV lit. C JEDZ – składanego na wezwanie Zamawiającego), że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem jest:

5.3.4. dla części IV zamówienia - dostawa wideospektrokomparatora, o wartości nie mniejszej niż – **110 000,00 PLN* brutto**,

Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 10 SWZ (termin związania ofertą) w następujący sposób:

Treść pkt 10 SWZ przed modyfikacją:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. od dnia 21.09.2021 r. do dnia 19.12.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Treść pkt 10 SWZ po modyfikacji:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. **od dnia 23.09.2021 r. do dnia 21.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt.12 SWZ (miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) w następujący sposób:

Treść pkt 12.2 SWZ przed modyfikacją:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 21.09.2021 r., do godz. 10:00.

Treść pkt 12.2 SWZ po modyfikacji:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 23.09.2021 r., do godz. 10:00.**

Treść pkt 12.6 SWZ przed modyfikacją:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2021 r., godz. 12:00., nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Treść pkt 12.6 SWZ po modyfikacji:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23.09.2021 r., godz. 12:00.**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niniejsza zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Podstawa prawna

[1] art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp.

[2] art 132 ustawy Pzp.

Załączniki :

Załącznik nr 1/II do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Parametry przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia) – PO ZMIANIE Z DNIA 16.09.2021 r.

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

Z-ca Dyrektora
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Publikacja pisma:

- 1) strona internetowa prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl>
- 2) strona internetowa Zamawiającego www.podkarpackie.kas.gov.pl